



ACTA DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN	N° 547640-2-L123 ESTERILIZADOR AUTOCLAVE MODULO DENTAL JUNAEB.
FUENTE FINANCIAMIENTO	CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE.

En Villa Alegre, a 13 de Marzo de 2023, la Comisión Evaluadora conformada por: Bárbara González Rojas de profesión Cirujano Dentista Encargada Módulo Dental JUNAEB, Juan Francisco Valdés Valdés de profesión Enfermero Encargado de Esterilización y Daniela Sánchez Troncoso de profesión Cirujano Dentista Encargada Unidad Dental, ha evaluado de acuerdo a los criterios estipulados en las bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio N° 222 del 06/02/2023 para Licitación Publica ID 547640-2-L123, por concepto de esterilizador autoclave módulo dental JUNAEB.

Con el fin de definir los oferentes que mayor se ajustan a los requerimientos del servicio, contenidos en las bases de esta licitación, se elaboró un archivo Excel, el que contiene las ponderaciones otorgadas en cada apartado, a cada oferente de cada línea de licitación, lo que conlleva a un resultado medido en porcentaje de cumplimiento, en relación a los criterios de evaluación establecidos en la bases, proponiendo con este fundamento la adjudicación el siguiente proveedor:

DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL – CESFAM “Jorge del Campo Amaro”
AVDA. FRANCISCO ANTONIO ENCINA N° 141
Fono: 732-381422/732-381533
Correo Electrónico: Daniela.sanchez.t@gmail.com

SALUD RESPONDE
600-360-7777



Especificaciones técnicas	Comercializadora Safe Care Spa	Dental América Limitada	Mayordent Dental Limitada	Oppici S.A
Autoclave 23 L Clase B	SI	SI	SI	SI
Sobremesa	SI	SI	SI	SI
Control de calidad del agua integrado (sensor de conductividad)	NO	NO	SI	SI
Puerta Motorizada (cargas y descargas sencillas)	NO	NO	SI	SI
Pantalla táctil a color de alta resolución	NO	NO	SI	SI
Administración de usuarios	NO	SI	SI	NO
Inicio programado	SI	SI	SI	SI
Bomba de llenado integrada	NO	NO	SI	NO
Filtro de polvo integrado	SI	SI	SI	SI
Cámara de acero inoxidable robusta, de alta calidad y vida útil	SI	SI	SI	SI
Secado flexible y potente	SI	SI	SI	SI
Seguridad de documentación(guardar ciclos automáticamente en memoria interna)	NO	NO	SI	SI
Puerto de descarga USB, Ethernet o Wi-Fi (opcional)	SI	SI	SI	SI
Impresora externa(Opcional)	NO	SI	SI	SI
Tensión de alimentación 220V-60 Hz, 230 V-50/60 Hz, 240 V- 50 Hz	SI	SI	SI	SI
Máxima potencia 2200 W	SI	SI	SI	SI
Normas: EN 13060/ EN 61010-1/ EN 61326/ EN 61010-2-40	NO	NO	SI	SI
Condiciones				
Certificación hidráulica	NO	NO	SI	SI
Garantía mínima 12 meses	SI	SI	SI	SI
Incluir mantenencias preventivas durante periodo de garantía	NO	NO	SI	SI
Incluir puesta en marcha	NO	SI	SI	SI
Incluir capacitación y certificación	NO	NO	SI	SI

DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL – CESFAM “Jorge del Campo Amaro”
 AVDA. FRANCISCO ANTONIO ENCINA N° 141
 Fono: 732-381422/732-381533
 Correo Electrónico: Daniela.sanchez.t@gmail.com

SALUD RESPONDE
600•360•7777



	Especificaciones técnicas	Precio	Plazo de entrega	Garantía	TOTAL
Comercializadora Safe Care Spa	0%	15%	40%	10%	65%
Dental América Limitada	0%	20%	40%	7%	67%
Mayordent Dental Limitada	30%	5%	40%	10%	85%
Oppici S.A	0%	10%	40%	10%	60%

Mencionar, que para el criterio "Precio" se considera el valor mencionado en Anexo 1C: "Oferta Económica".

Considerar, que en relación al criterio "Especificaciones Técnicas", se solicita asesoría al Encargado de Mantención del Departamento de salud David Ramírez González.

Se envía acta vía mail a Unidad de Adquisiciones y Unidad Jurídica con cuadro de evaluación.

En base a todo lo anterior, esta Comisión Evaluadora propone adjudicar al oferente con mayor porcentaje conforme a la tabla expuesta, el cual corresponde a proveedor Mayordent Dental Limitada.

Bárbara González Rojas
Cirujano Dentista

BARBARA GONZÁLEZ ROJAS
CIRUJANO DENTISTA

JUAN FRANCISCO VALDÉS VALDÉS
ENFERMERO

Dra. Daniela Sánchez T.
CIRUJANO DENTISTA
RUN:
REG-SIS N°123611

DANIELA SÁNCHEZ
CIRUJANO DENTISTA

DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL - CESFAM "Jorge del Campo Amaro"
AVDA. FRANCISCO ANTONIO ENCINA N° 141
Fono: 732-381422/732-381533
Correo Electrónico: Daniela.sanchez.t@gmail.com

SALUD RESPONDE
600-360-7777